

**Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. M.C. Skłodowskiej 26
48-100 Głubczyce**

**dot. przetargu nieograniczonego na dzierżawę karettek typu „P” – 2szt oraz „S” – 1szt
dla SP ZOZ w Głubczycach w likwidacji - odpowiedzi na zapytania do SIWZ.**

Pytanie.

1. Jakie wyposażenie ma być zawarte w pojazdach typu „S” i „P”? W szczególności, czy cena dzierżawy za pojazdy typu „S” ma zawierać następujący sprzęt i wyposażenie medyczne, zgodnie z wymaganiami NFZ określonymi w rozporządzeniu Prezesa NFZ 3/2006?

- a) defibrylator 2fazowy? Z możliwością monitoringu EKG chorego podczas jazdy? Stymulacją?
- b) respirator transportowy?
- c) pompę infuzyjną? 1 czy 2 strzykawkową?
- d) pulsoksymetr?
- e) ssak elektryczny?
- f) nosze główne reanimacyjne z kompletem pasów?
- g) Combizbierak lub oddzielnie deskę i nosze podbierakowe?
- h) krzesło kardiologiczne?
- i) butle tlenowe 2*10l oraz przenośną 2l?
- j) inne?
- k) jak rozumiemy pozostałe wyposażenie medyczne oraz leki stanowi drobny sprzęt i często jednorazowy sprzęt medyczny i jest w gestii zamawiającego?
- l) analogicznie, czy karetka typu „P” ma posiadać:
 - nosze główne samojezdne, przystosowane do reanimacji?
 - krzesło kardiologiczne?
 - combizbierak lub oddzielnie deskę ortopedyczną i nosze podbierakowe?
 - pulsoksymetr?

2. Prosimy o podanie:

- a) czy karetka typu „S” ma spełniać wymogi klasy B czy C?
- b) czy karetki typu „P” mają spełniać wymogi klasy A1 czy A2 lub B?

3. Czy pojazdy mają posiadać klimatyzację?

4. Prosimy o podanie wymaganego przez Państwa wyposażenia medycznego dla pojazdów o ile jest szersze niż załączone w naszych pytaniach, co znacząco warunkuje koszty oferty.

Odpowiedzi.

Ad. 1. Zamawiający wymaga aby pojazd typu „S” posiadał:

- a) defibrylator 2fazowy z opcją 12-odprowadzeniowego EKG
- b) respirator transportowy oddechowo-objętościowy zmienny
- c) pompa infuzyjna 1-strzykawkowa
- d) pulsoksymetr

- e) ssak elektryczny stacjonarny i przenośny
- f) nosze główne reanimacyjne z podstawą samojezdną i kompletem pasów
- g) oddzielnie deskę i nosze podbierakowe
- h) krzeselko kardiologiczne
- i) butle tlenowe 2x10l i przenośna 2l
- j) pozostały sprzęt i wyposażenie medyczne zgodnie z normą PN-EN 1789:2008 oraz PN-EN 1865.
- k) w gestii zamawiającego pozostają leki oraz jednorazowy, drobny sprzęt medyczny (za wyjątkiem zestawów do wkłuc doszpikowych, konikotomii, zestawu oparzeniowego, zestawu porodowego)

Karetka typu P ma posiadać: nosze główne samojezdne przystosowane do reanimacji, krzeselko kardiologiczne, oddzielnie deskę ortopedyczną i nosze podbierakowe. Pulsoksymetr jest wymagany.

Ad. 2.

- a) karetka S ma spełniać wymogi klasy C
- b) karetki P mają spełniać wymogi klasy B

Ad. 3.

Klimatyzacja nie jest wymagana.

Ad. 4.

Szczegółowe wyposażenie karetek powinno być zgodne z PN-EN 1789:2008 dla ambulansu specjalistycznego typu C oraz odpowiednio dla ambulansu wypadkowego typu B.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania ofert: 08.09.2009r. godz. 13:00, termin otwarcia ofert: 08.09.2009r. godz. 13:15.

**/Adam Jakubowski/
*likwidator SP ZOZ
w Głubczycach w likwidacji***

w imieniu zamawiającego